

Прибор для измерения сопротивления заземления MI 3123

Принадлежности

ZSW METREL A1018 (578 352)

Токоизмерительные клещи могут быть подключены непосредственно к прибору для измерения сопротивления заземления MI 3123 посредством соединительного кабеля длиной 1,5 м с безопасными пружинными контактами. Места подключения указаны в инструкции по эксплуатации прибора METREL MI 3123.

Методы измерения на токоотводах:

- (выборочное) измерение сопротивления заземления с помощью токового зажима;
- бесконтактное измерение сопротивления заземления (с двумя токовыми зажимами A1018 и A1019).



Тип	ZSW METREL A1018
Арт. №	578 352
Номинальный ток	1000 А
Коэффициент трансформации трансформатора тока	1000 : 1
Диапазон измерений тока	0,001 А - 1200 А
Категория перенапряжений при УС	CAT III 600 В
Рабочая температура	-10 °С ... +50 °С
Отверстие измерительной части клещей	до 52 мм
Максимальное поперечное сечение кабеля	Ø 50 мм
Максимальное поперечное сечение шины	1x 50x5 мм или 4x 30x5 мм
Размеры	220 x 120 x 48 мм
Вес	677 г
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС)	90309000
Код GTIN	4013364370982
Упак.	1 шт.